

200)

### ÜÇLÜ SİSTEM SOĞUK ZİNCİR BIOTRANSPORT KABI

1. Taşıma Kabı Ulusal Uluslararası standartlara; T.C. posta tüzüğüne U.N.6.2.1.C.A.O/1.A.T.A.602 ve Dünya Sağlık Örgütü enfeksiyöz materyal paketleme ve transfer kurallarına uygun olmalı, sertifika nosu, tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
2. İç taşıma kabı hava sızdırmaz en az iki yivli bulgurlu, cm kareye 1.8 kg ağırlık basıncına dayanıklı 3 metre serbest düşme sonrası kırılmayan sızdırmaz kapaklı 134 derece otoklav ısısına dayanıklı 'polypropylene' polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. İç taşıma kabı aynı anda en az 20 adet tüp yerleştirilebilmelidir.
4. İç taşıma kabında taşıma sırasında sarsıntıya ve tüplerin kırılmasını önleyecek olan 6 adet absorban pet ve kilitli poşet ya da benzeri özellikte ürünün korunmasını sağlayacak aksesuarları olmalıdır.
5. İç taşıma kabı burgulu kapaklı sıvı geçirmez olmalıdır. Boyutlar ise 15 cm (çap) x 17,5 cm (yükseklik) olmalıdır. Uzun tüplerde rahat girilebilmelidir.
6. İç taşıma kabının yerleştirilebileceği ikincil kap eni 18 cm (çap) x 19 cm /yükseklikte) olmalıdır. Yüzey tabanı ve kapak altı su geçirmez 35 dansite yoğunluklu EPS malzemeden olmalıdır.
7. Kapak ana gövdeye en az 2 cm girmeli ısı kaybı en az indirilmelidir.
8. İkincil kap ile tüplerin bulunduğu iç taşıma kabının arasında tamamen çerçeveleyecek şekilde 2 parçalı silindirik buz aküsü (soğutucu) bulunmalıdır. (+2 ve +8 derece de en az 24 saat istikrarlı sıcaklıkta tutabilmelidir.)
9. Soğuk Zincir Bio Taşıma kabı Dünyası Sağlık Örgütünün üçlü taşıma sistemine uygun olmalıdır.
10. Dış kap basınca dayanıklı p.v.c. malzemeden yapılmış olmalı. Dış kap üzerinde güvenlik kilidi ve UN Sertifika no ve logosu bulunmalıdır.
11. Kap üzerinde enfeksiyöz materyal logosu ve soğuk zincir koşullarına nakli için uyarı işareti olmalıdır.
12. Üretici firmanın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde alınmış 'Kapasite Raporu' olmalıdır.
13. Üretici firmanın 'ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi' olmalıdır.

**Dr. M. Abdulkadir ÇELİK**  
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü  
Dip. Tes. No: 9504. A-063

Muhittin KAVACUK  


Ali Rıza Kıcı  
N.109

Dr. Abdulkadir ÖZDEMİR

